



Karal S.A de C.V

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **10435**

Catálogo	Descripción del producto	CAS No.
0611	NITRATO DE PLATA Solución volumétrica 0.1N	7761-88-8 7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	26 / 03 / 2010	Marzo 2020

**Solución estandarizada a 20°C con Cloruro de Potasio 999a Estándar Primario
SRM NIST**

La solución se prepara con reactivo ACS y agua destilada grado reactivo.

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.100000	0.099 – 0.101
Apariencia	Pasa Prueba	Libre de materia suspendida

Observaciones:

Conforme a especificación.

Control de Calidad

LAB 01

Firma