



Karal S.A de C.V

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **10815**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

3008

ETER ETILICO, ANHIDRO

60-29-7

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo ACS	$(\text{CH}_3\text{CH}_2)_2\text{O}$	74.12	25 / 06 / 2010	Junio 2020

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo por CG	99.7630 %	99.0 % mín.
Color (APHA)	3	10
Peróxido (como H_2O_2)	0.00005 %	0.0001 % máx.
Residuo después de la evaporación	0.0003 %	0.001 % máx.
Acidez titulable	0.0000 meq / g	0.0002 meq / g máx.
Alcohol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$)	Pasa Prueba	Pasar Prueba (0.05 % máx.)
Agua (H_2O)	0.00 %	0.03 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagent Chemicals 10ª edición.

Control de Calidad

LAB 01


Firma