



# Karal S.A de C.V

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx


<b>Certificado de Análisis</b>		<b>Lote</b>	<b>11339</b>
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
<b>3011</b>	<b>FENOL</b>	<b>108-95-2</b>	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha</i>	<i>Caducidad</i>
<b>Reactivo Analítico</b>	<b>C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>OH</b>	<b>94.11</b>	<b>28 / 07 / 2010</b>	<b>Noviembre 2020</b>

<b>Pruebas</b>	<b>Resultados</b>		<b>Especificaciones</b>	
Ensayo (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH)	100.29	%	99.0	% min.
Residuo después de la evaporación	0.05	%	0.05	% máx.
Agua (H <sub>2</sub> O)	0.5	%	0.5	% máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones grado reactivo analítico.

Control de Calidad  
LAB 01  
  
Firma