



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	11973
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
3032	AGUA DESIONIZADA	7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo	H₂O	18.02	30 / 04 / 2011	Mayo 2021

Pruebas	Resultados	Especificaciones
pH	6.3	5.0 – 7.5
Conductividad umhos	0.4	0.5 máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.