



Karal S.A de C.V

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **12489**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

2011

BENCENO

71-43-2

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo ACS	C_6H_6	78.11	17 / 04 / 2011	Agosto 2021

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo (C_6H_6)	99.97 %	99.0 % min.
Color (APHA)	5	10 máx.
Residuo después de la evaporación	0.0008 %	0.001 % máx.
Sustancias oscurecidas por Acido Sulfúrico	Pasa prueba	Pasa Prueba
Tiofeno	Pasa Prueba	Pasa Prueba
Compuestos de azufre (como S)	0.005 %	0.005 % máx.
Agua (H_2O)	0.022 %	0.05 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.