



Karal S.A de C.V

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	12517
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
3032	AGUA DESIONIZADA	7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha</i>	<i>Caducidad</i>
Reactivo	H₂O	18.02	30 / 08 / 2011	Septiembre 2021

Pruebas	Resultados	Especificaciones	
Metales pesados (como Pb)	Negativo	0.000001	% máx.
Sustancias reductoras del permanganato	80 minutos	60 minutos	min.
pH	6.43	5.0	– 7.0
Cloruro (Cl)	Negativo	0.00004	% máx.
Sulfato (SO ₄)	Negativo	0.0001	% máx.
Amonio (NH ₄)	Negativo	0.00003	% máx.
Calcio (Ca)	Negativo	0.00004	% máx.
Residuo después de la evaporación	0.0003 %	0.001	% máx.
Hierro (Fe)	Negativo	0.00004	% máx.
Dióxido de carbono (CO ₂)	Negativo	0.00004	% máx.
Conductividad umhos	1.2	1.5	máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.