



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	12607
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
6028	CITRATO DE SODIO Dihidratado	6132-04-3	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha</i>	<i>Caducidad</i>
Reactivo ACS	$Na_3C_6H_5O_7 \cdot 2H_2O$	294.10	17 / 09 / 2011	Septiembre 2021

Pruebas	Resultados		Especificaciones	
Ensayo ($Na_3C_6H_5O_7 \cdot 2H_2O$)	99.1	%	99.0	% min.
Materia insoluble	0.003	%	0.005	% máx.
pH de la solución al 5 % a 25°C	8.239		7.0 – 9.0	
Cloruro (Cl)	0.0003	%	0.003	% máx.
Amonio (NH_3)	0.0005	%	0.003	% máx.
Sulfato (SO_4)	0.0025	%	0.005	% máx.
Metales pesados (como Pb)	0.0005	%	0.0005	% máx.
Hierro (Fe)	0.0001	%	0.0005	% máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.