



# Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

## Certificado de Análisis

Lote **13009**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

**6037**

**CLOROBENCENO**

**108-90-7**

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha

Caducidad

Reactivo ACS

$C_6H_5Cl$

112.56

13 / 12 / 2011

Diciembre 2021

### Pruebas

### Resultados

### Especificaciones

Ensayo [ $C_6H_5Cl$ ] (por C.G.)	99.93	%	99.5	% min.
Color (APHA)	10		30	máx.
Residuo después de la evaporación	0.0007	%	0.02	% máx.
Acidez titulable	0.00	meq / g	0.004	meq/g máx.

### Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.