



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	B1304
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
3053	CLOROFORMO Para Biología Molecular	67-66-3	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha</i>	<i>Caducidad</i>
Reactivo	CHCl₃	119.38	8/03/2017	Marzo 2022

<i>Pruebas</i>	<i>Resultados</i>		<i>Especificaciones</i>
Ensayo (CHCl ₃)	99.90	%	99.8 % min.
Color (APHA)	5		10 máx.
Residuo después de la evaporación	0.001	%	0.001 % máx.
Acetona y Aldehído [como (CH ₃) ₂ CO]	Pasa Prueba		Pasa prueba
Ácido y cloruro	Pasa Prueba		Pasa Prueba
Cloro libre (Cl)	Pasa prueba		Pasa Prueba
Plomo (Pb)	0.00003	%	0.00005 % máx.
Sustancias oscurecidas por Ácido Sulfúrico	Pasa Prueba		Pasa Prueba

Observaciones:

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.