



Karal S.A de C.V

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **13172**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

3206

ACETONITRILO
Para análisis de residuos de
Pesticidas

75-05-8

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo	CH ₃ CN	41.05	14 / 10 / 2011	Enero 2022

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo (CH ₃ CN)	99.98 %	99.5 % min.
Apariencia	Pasa prueba	LCLMS
Color (APHA)	4	10 máx.
Residuo después de la evaporación	0.0002 %	0.005 % máx.
Acidez titulable	0.3 µeq / g	8.0 µeq/g máx.
Base titulable	0.05 µeq / g	0.6 µeq/g máx.
Agua	0.01 %	0.3 % máx.
Trazas de residuos orgánicos:		
Impurezas sensibles FID (como 2-octanol) (ng/ml)	< 5	5 máx.
Impurezas sensibles ECD (como epóxido de heptacloro) (pg/ml)	< 10	10 máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.