



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	13354
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
3020	AGUA DESTILADA	7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha</i>	<i>Caducidad</i>
Reactivo	H₂O	18.02	06 / 03 / 2012	Marzo 2022

Pruebas	Resultados	Especificaciones	
Cloruro (Cl)	Negativo	0.00004	% máx.
Sulfato (SO ₄)	Negativo	0.0001	% máx.
Amonio (NH ₄)	Negativo	0.00003	% máx.
Calcio (Ca)	Negativo	0.00004	% máx.
Hierro (Fe)	Negativo	0.00004	% máx.
Dióxido de carbono (CO ₂)	Negativo	0.00004	% máx.
Metales pesados (como Pb)	Negativo	0.000001	% máx.
Residuo después de la evaporación	0.0005 %	0.001	% máx.
pH	5.90	5.0 – 6.0	
Conductividad umhos	0.7	1.5	máx.
Sustancias reductoras del KMnO ₄	80 minutos	60 minutos	min.

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.