



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

| Certificado de Análisis | | Lote | 13499 |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. | |
| 1009 | AZUL DE BROMOTIMOL | 76-59-5 | |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
|---------------------|---|---------------|-----------------------|-------------------|
| Reactivo ACS | C₂₇H₂₈Br₂O₅S | 624.38 | 06 / 12 / 2011 | Marzo 2022 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
|--|-------------------|-------------------------|
| Claridad de la solución alcohólica | Pasa prueba | Pasar prueba |
| <u>Intervalo visual de transición:</u> | | |
| pH 6.0 | Amarillo | Amarillo |
| pH 6.7 | Verde | Verde |
| pH 7.6 | Azul | Azul |

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.