



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **14014**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

0304

**BUFFER pH 4
Solución citrato**

6132-04-3

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha

Caducidad

Reactivo

N / A

N / A

18 / 07 / 2012

Julio 2022

Pruebas

Resultados

Especificaciones

Apariencia

Pasa prueba

LCLMS

pH de la solución a 25 °C

4.007

3.98 – 4.02

Variación del pH con respecto a la Temperatura

T (°C)	pH
5	4.05
10	4.04
15	4.02
20	4.01
25	4.0
30	4.01
35	4.01
40	4.01
50	4.01

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 185h.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.