



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	15150
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
3050	CLOROFORMO	67-66-3	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha</i>	<i>Caducidad</i>
Reactivo ACS	CHCl₃	119.38	20 / 02 / 2013	Febrero 2023

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [CHCl ₃] (por C.G.)	99.95 %	99.8 % min.
Color (APHA)	3	10 máx.
Residuo después de la evaporación	0.0005 %	0.001 % máx.
Acetona y aldehído	Pasa prueba	Pasar prueba
Ácido y cloruro	Pasa prueba	Pasar prueba
Cloro libre (Cl)	Pasa prueba	Pasar prueba
Plomo (Pb)	0.000012 %	0.000005 % máx.
Sustancias oscurecidas por ácido sulfúrico	Pasa prueba	Pasar prueba

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.