



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

| Certificado de Análisis | | Lote | 15222 |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. | |
| 3200 | ACETONITRILO | 75-05-8 | |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
|---------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| Reactivo ACS | CH₃CN | 41.05 | 16 / 05 / 2013 | Mayo 2023 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
|--|-------------------|-------------------------|
| Ensayo [CH ₃ CN] (por C.G.) | 99.9 % | 99.5 % min. |
| Color (APHA) | 3 | 10 máx. |
| Residuo después de la evaporación | 0.003 % | 0.005 % máx. |
| Acidez titulable | 0.4 µeq/g | 8.0 µeq/g máx. |
| Base titulable | 0.0066 µeq/g | 0.6 µeq/g máx. |
| Agua (H ₂ O) | 0.0027 % | 0.3 % máx. |

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.