



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **15558**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

0310

**BUFFER pH 10
Solución borato**

**10043-35-3
1310-58-3
7732-18-5**

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha

Caducidad

Reactivo

N / A

N / A

23 / 05 / 2013

Mayo 2023

Pruebas

Resultados

Especificaciones

pH de la solución a 25 °C
Apariencia

10.001
Pasa prueba

9.98 – 10.02
Pasa prueba

Variación del pH con respecto a la Temperatura

T (°C)	pH
5	10.26
10	10.17
15	10.11
20	10.05
25	10.00
30	9.94
35	9.89
40	9.84
50	9.82

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM Tetraborato de sodio decahidratado 187e.



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.