



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **15749**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

4058

OXALATO DE SODIO
Estandar primario

62-76-0

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha

Caducidad

Reactivo ACS

$(\text{COONa})_2$

134.00

25 / 06 / 2013

Junio 2023

Pruebas

Resultados

Especificaciones

Ensayo e incertidumbre $[(\text{COONa})_2]$	99.95 ± 0.038 %	99.95 – 100.05 %
Materia insoluble	< 0.005 %	0.005 % máx.
Perdidas al secado a 105 °C	< 0.001 %	0.01 % máx.
Neutralidad	Pasa Prueba	Pasar Prueba
Cloruro (Cl)	< 0.002 %	0.002 % máx.
Amonio (NH ₄)	0.002 %	0.002 % máx.
Sulfato (SO ₄)	< 0.002 %	0.002 % máx.
Metales pesados (como Pb)	< 0.001 %	0.002 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.002 %	0.001 % máx.
Potasio (K)	< 0.005 %	0.005 % máx.
Sustancias oscurecidas por H ₂ SO ₄ caliente	Pasa Prueba	Pasar Prueba

Trazabilidad al NIST: El resultado de la medición del producto, puede ser comparado con el valor de una referencia ya establecida, en este caso al NIST SRM 8040.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.



Estabilidad: Este estándar debe ser almacenado en su botella original y a temperatura ambiente. Debe ser tapado rápidamente después de usarse y protegerse del polvo, luz y amoniaco.

Calibración de la balanza: Todas las balanzas analíticas son calibradas trimestralmente y son trazables al tipo E 2 de pesos analíticos con una trazabilidad NIST. Todas las balanzas son revisadas diariamente usando un procedimiento interno. Las pesas empleadas para la calibración son comparadas anualmente con pesos estándares ya establecidos trazables al NIST.

Calibración de los termómetros: Todos los termómetros son trazables al NIST y son calibrados con un método de calibración ya acreditado.

Calibración del material volumétrico: Se emplea un procedimiento interno para calibrar toda la cristalería del tipo A empleada en la manufactura y cuantificación de controles de materiales certificados.

Soporte técnico:

- + **ISO 9001 : 2008 Registro ante el Sistema del manejo de calidad.**
-Número de registro del certificado: 10008077 QM08
- + **ISO/IEC 17025:2005 “Requerimientos generales para la competencia de pruebas y calibración”**
- + **ISO/IEC Guía 34 – 2000 “Requerimientos generales para la competencia de producción de materiales de referencia”.**