



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

| Certificado de Análisis | | Lote | 17387 |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------|
| <i>Catálogo</i> | <i>Descripción del producto</i> | <i>CAS No.</i> | |
| 3020 | AGUA DESTILADA | 7732-18-5 | |

| <i>Grado</i> | <i>Fórmula</i> | <i>P.M.</i> | <i>Fecha</i> | <i>Caducidad</i> |
|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Reactivo | H₂O | 18.02 | 09 / 05 / 2014 | Noviembre 2015 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
|---|-------------------|-------------------------|
| Residuo después de la evaporación | 0.001 % | 0.001 % máx. |
| pH | 5.75 | 5.0 – 7.0 |
| Conductividad umhos | 0.9 | 1.5 máx. |
| Sustancias reductoras del KMnO ₄ | 60 minutos | 60 minutos min. |
| Amonio (NH ₄) | Negativo | 0.00003 % máx. |
| Hierro (Fe) | Negativo | 0.00004 % máx. |
| Calcio (Ca) | Negativo | 0.00004 % máx. |
| Cloruro (Cl) | Negativo | 0.00004 % máx. |
| Dióxido de carbono (CO ₂) | Negativo | 0.00004 % máx. |
| Sulfato (SO ₄) | Negativo | 0.0001 % máx. |
| Metales pesados (como Pb) | Negativo | 0.000001 % máx. |

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.