



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **17856**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

0310

**BUFFER pH 10
Solución borato de sodio**

**10043-35-3
1310-58-3
7732-18-5**

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha

Caducidad

Reactivo

N / A

N / A

07/08/2014

Febrero 2016

Pruebas

Resultados

Especificaciones

Valor de pH e Incertidumbre (25°C)

10.00 ± 0.02

9.98 – 10.02

Apariencia

Pasa prueba

Pasar prueba

Variación del pH con respecto a la Temperatura

T (°C)	pH
5	10.26
10	10.17
15	10.11
20	10.05
25	10.00
30	9.94
35	9.89
40	9.84
50	9.82

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 25 °C. Medido con un electrodo combinado de vidrio. Trazable al NIST. Material estándar de referencia 185h, 186lg, 186llg y 187e.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.