



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **18145**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

2012

CARBONATO DE CALCIO

471-34-1

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha

Caducidad

Reactivo ACS

CaCO_3

100.09

30 / 09 / 2014

Septiembre 2024

Pruebas

Resultados

Especificaciones

Ensayo [CaCO_3] (base seca)	99.35	%	99.0	% mín.
Insolubles en ácido clorhídrico diluido	0.008	%	0.01	% máx.
Cloruro (Cl)	0.00099	%	0.001	% máx.
Fluoruro (F)	0.0015	%	0.0015	% máx.
Sulfato (SO_4)	0.0089	%	0.01	% máx.
Amonio (NH_4)	0.003	%	0.003	% máx.
Metales pesados (como Pb)	0.001	%	0.001	% máx.
Hierro (Fe)	0.003	%	0.003	% máx.
Bario (Ba)	0.003	%	0.01	% máx.
Magnesio (Mg)	< 0.02	%	0.02	% máx.
Potasio (K)	< 0.01	%	0.01	% máx.
Sodio (Na)	< 0.1	%	0.1	% máx.
Estroncio (Sr)	< 0.1	%	0.1	% máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.