



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

Certificado de Análisis		Lote	18152
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
3000	<b>ACETONA GRADO TECNICO</b>	<b>67-64-1</b>	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo	$(CH_3)_2CO$	58.08	30/ 09/ 2014	Septiembre 2024

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo $[(CH_3)_2CO]$ (por C.G.)	99.638 %	99.5 % min.
Color (APHA)	5	10 máx.
Residuo después de la evaporación	0.0004 %	0.001 % máx.
Solubilidad en agua	Pasa prueba	Pasar prueba
Acidez titulable	0.00015 meq/g	0.0003 meq/g máx.
Base titulable	0.00006 meq/g	0.0006 meq/g máx.
Aldehído (como HCHO)	0.001 %	0.002 % máx.
Alcohol isopropílico (por C.G.)	0.04 %	0.05 % máx.
Metanol (por C.G.)	0.01 %	0.05 % máx.
Sustancias reductoras del $KMnO_4$	Pasa prueba	Pasar prueba
Agua ( $H_2O$ )	0.322 %	0.5 % máx.

### Observaciones:

Conforme a especificaciones.

El resultado de ensayo, se reporta con el % de  $H_2O$  corregido.

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**