



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	18531
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
7004	CLOURU CUPROSO	7758-89-6	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha</i>	<i>Caducidad</i>
Reactivo ACS	CuCl	99.0	01 / 12 / 2014	Diciembre 2024

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [CuCl]	99.1 %	99.0 % mín.
Insolubles en ácido	0.02 %	0.02 % máx.
Sulfato (SO ₄)	0.07 %	0.1 % máx.
Calcio (Ca)	0.007 %	0.01 % máx.
Hierro (Fe)	0.004 %	0.005 % máx.
Potasio (K)	0.0005 %	0.02 % máx.
Sodio (Na)	0.05 %	0.05 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.