



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **21940**

Catálogo	Descripción del producto	CAS No.
0812	AZUL DE BROMOTIMOL INDICADOR EN SOLUCIÓN ALCOHOLICA AL 0.04 %	76-59-5 64-17-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo ACS	$C_{27}H_{28}Br_2O_5S$	624.39	09 / 08 / 2016	Agosto 2019

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Claridad de la solución alcohólica	Pasa prueba	Pasar prueba
<u>Intervalo visual de transición:</u>		
pH 5.78	6.0	Amarillo
pH 6.714	6.7	Verde
pH 7.622	7.6	Azul

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.