



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	21963
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0145	ÁCIDO SULFÚRICO Solución volumétrica 1.0 N	7664-93-9	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo	H_2SO_4	98.08	10 / 08 / 2016	Febrero 2018

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	1.0005 N	1.0 ± 0.005 N
Apariencia	Pasa prueba	Pasa prueba

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SMR 723f.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.