



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

## Certificado de Análisis

Lote **22069**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

**0311**

**BUFFER pH 6.86**

**7732-18-5**  
**7778-77-0**  
**7558-79-4**

Grado	Fórmula	P.A.	Fecha	Caducidad
Reactivo	N / A	N / A	29 / 08 / 2016	Febrero 2018

Pruebas	Resultados	Especificaciones
pH de la solución a 25 °C	6.86	6.86
Apariencia	Pasa Prueba	LMS*

### Observaciones:

Conforme a especificaciones.  
\*LMS: Libre de Materia Suspendida

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.