



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	22103
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0617	BROMATO DE POTASIO Solución volumétrica 0.1 N	7758-01-2	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo	$KBrO_3$	167.0	02 / 09 / 2016	Marzo 2018

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad de la solución	0.1 N	$0.1 \pm 0.001 N$
Apariencia	Pasa prueba	LCLMS

Observaciones:

Conforme a especificaciones.
Solución estandarizada a 25 °C con Tiosulfato de sodio 0.1N
*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendeda.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.