



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	22143
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0238	ÁCIDO CLORHÍDRICO. Solución 1:1 (V/V)	7647-01-0 7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo	HCl	36.46	07 / 09 / 2016	Marzo 2018

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Densidad de la solución (g/mL)	1.0909	N.E.*
Apariencia	Pasa prueba	LCLMS _(Líquido claro libre de materia suspendida)
Color (APHA)	5	10 máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 723d.

*N.E.: No Especificado

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.