



# Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

<b>Certificado de Análisis</b>		Lote	<b>22146</b>
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
<b>0809</b>	<b>AZUL DE BROMOFENOL</b> Indicador en solución alcohólica al 0.04%	<b>115-39-9</b>	<b>64-17-5</b>

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo	$C_{19}H_{10}Br_4O_5S$	669.96	08 / 09 / 2016	Septiembre 2019

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Claridad de la solución alcohólica	Pasa prueba	Pasar prueba
<u>Intervalo visual de transición:</u>		
pH 3.0	Amarillo	Amarillo
pH 4.6	Azul	Azul

**Observaciones:**

Conforme a especificaciones.

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**