



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	22174
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
8033	CLORAMINA T Trihidratada	127-65-1	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo ACS	$H_3CC_6H_4SO_2NCINa \cdot 3H_2O$	281.69	12 / 09 / 2016	Septiembre 2026

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo ($H_3CC_6H_4SO_2NCINa \cdot 3H_2O$)	99.0 %	98.0 – 103.0 %
pH solución 5 % a 25 °C	9.715	8.0 – 10.0
Claridad en solución acuosa	Pasa prueba	Pasa prueba
Recomendable para determinar bromuro (Br)	Pasa prueba	Pasa prueba
Insolubilidad en alcohol	0.1 %	1.5 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.