



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	22180
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0115	ÁCIDO CLORHÍDRICO. Solución volumétrica 6.0 N.	7647-01-0	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo	HCl	36.46	13 / 09 / 2016	Marzo 2018

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	6.004 N	6.0 ± 0.005 N
Apariencia	Pasa prueba	LCLMS (Líquido claro libre de materia suspendida)

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 723e.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.