



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	22250
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0105	BUFFER pH 4.0. Solución roja Ftalato.	877-24-7 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha</i>	<i>Caducidad</i>
Reactivo	N / A	N / A	27 / 09 / 2016	Marzo 2018

Pruebas	Resultados	Especificaciones
pH e Incertidumbre de la solución a 25 °C	4.00	4.00 ± 0.02
Apariencia	Libre de Materia Suspendida	Libre de Materia Suspendida

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.