



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	22259
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0116	ÁCIDO CLORHÍDRICO. Solución volumétrica 0.2 N.	7647-01-0	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo	HCl	36.46	30 / 09 / 2016	Abril 2018

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.2 N	0.2 - 0.201 N
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 723d.

**LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia en Suspensión.*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.