



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	22291
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
1040	ANILINA	62-53-3	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo ACS	C₆H₅NH₂	93.13	06 / 10 / 2016	Octubre 2026

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [C ₆ H ₅ NH ₂] (por C.G.)	100.0 %	99.0 % mín.
Clorobenceno (C ₆ H ₅ Cl)	< 0.01 %	0.01 % máx.
Color (APHA)	60	250 máx.
Residuo después de la ignición	< 0.001 %	0.005 % máx.
Hidrocarburos	Pasa prueba	Pasa prueba
Nitrobenzeno (C ₆ H ₅ NO ₂)	Pasa prueba	Pasa prueba

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Este producto se oscurece a un café-rojizo cuando se tiene en almacenamiento.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.