



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	22429
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0808	AZUL DE TIMOL. Solución al 0.1 %.	76-61-9	64-17-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo ACS	$C_{27}H_{30}O_5S$	466.60	26 / 10 / 2016	Octubre 2019

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Claridad de la solución	Pasa prueba	Pasar prueba
<u>Intervalo visual de transición:</u>		
pH 1.2	Rosa	Rosa
pH 2.8	Amarillo	Amarillo
pH 8.0	Amarillo	Amarillo
pH 9.2	Azul	Azul

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.