



# Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

<b>Certificado de Análisis</b>		<b>Lote</b>	<b>22534</b>
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
<b>0340</b>	<b>ÁCIDO CLORHÍDRICO. Solución volumétrica 3.0 N.</b>	<b>7647-01-0</b>	<b>7732-18-5</b>

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha</i>	<i>Caducidad</i>
<b>Reactivo</b>	<b>HCl</b>	<b>36.46</b>	<b>05 / 11 / 2016</b>	<b>Mayo 2018</b>

<b>Pruebas</b>	<b>Resultados</b>	<b>Especificaciones</b>
Molaridad	3.004 N	3.0 – 3.005 N
Apariencia	LCLMS	LCLMS (Líquido claro libre de materia suspendida)

**Observaciones:**

*Conforme a especificaciones.*

*Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 723e.*

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**