



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	22644
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0200	ALCOHOL ETILICO 96° G.L.	64-17-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo	CH₃CH₂OH	46.07	17 / 11 / 2016	Noviembre 2026

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [CH ₃ CH ₂ OH]	96.6 %	≥ 95.5 %
Color (APHA)	5	10 máx.
Residuo después de la evaporación	0.0002 %	0.001 % máx.
Solubilidad en agua	Pasa prueba	Pasar prueba
Acetona, alcohol isopropílico	Pasa prueba	Pasar prueba
Acidez titulable (meq/g)	0.0001	0.0005 máx.
Base titulable (meq/g)	0.0001	0.0002 máx.
Metanol (CH ₃ OH) (por C.G.)	0.01 %	0.1 % máx.
Sustancias oscurecidas por ácido sulfúrico	Pasa prueba	Pasar prueba
Sustancias reductoras del KMnO ₄	Pasa prueba	Pasar prueba

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.