



# Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

Certificado de Análisis		Lote	22814
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0111	<b>ÁCIDO CLORHÍDRICO.</b> <b>Solución volumétrica 0.1 N.</b>	<b>7647-01-0</b>	<b>7732-18-5</b>

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo	HCl	36.46	07 / 12 / 2016	Junio 2018

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.1 N	0.1 N - 0.1005 N
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

### Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 723e.

\*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**