



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **23041**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

0111

**ÁCIDO CLORHÍDRICO.
Solución volumétrica 0.1 N.**

**7647-01-0
7732-18-5**

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha

Caducidad

Reactivo

N.A.

N.A.

24 / 01 / 2017

Julio 2018

Pruebas

Resultados

Especificaciones

Normalidad

0.1003 N

0.1 N - 0.1005 N

Apariencia

LCLMS*

LCLMS*

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 723e.

*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendeda

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.