



# Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

<b>Certificado de Análisis</b>		Lote	<b>23394</b>
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
<b>0145</b>	<b>ÁCIDO SULFÚRICO</b> <b>Solución volumétrica 1.0 N</b>	<b>7664-93-9</b>	<b>7732-18-5</b>

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo	N.A.	N.A.	27 / 03 / 2017	Septiembre 2019

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	1.004 N	1.0 ± 0.005 N
Apariencia	Pasa prueba	Pasa prueba

**Observaciones:**

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SMR 723e.

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**