



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	23838
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0113	ÁCIDO CLORHÍDRICO. Solución volumétrica 1.0 N.	7647-01-0	7732-18-5

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha</i>	<i>Caducidad</i>
Reactivo	N.A.	N.A.	17 / 05 / 2017	Noviembre 2018

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	1.0005 N	1.0 ± 0.0005 N
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 723e.

**LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia en Suspensión.*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.