



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **24468**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

0330

BUFFER pH 9.18

7732-18-5
1303-96-4

Grado	Fórmula	P.A.	Fecha Elaboración	Fecha de caducidad
Reactivo	N/A	N/A	17/08/2017	Febrero 2019

Pruebas	Resultados	Especificaciones
pH de la solución a 25 °C	9.181	9.180
Apariencia	Pasa Prueba	LMS

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Control de Calidad

Q.F.B Iván Zúñiga

Firma