



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

| Certificado de Análisis | | Lote | 25089 |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------------|
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. | |
| 0812 | AZUL DE BROMOTIMOL. INDICADOR EN SOLUCIÓN ALCOHÓLICA AL 0.04 %. | 76-59-5 64-17-5 | |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha Elaboración | Fecha Caducidad |
|-----------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Reactivo | $C_{27}H_{28}Br_2O_5S$ | 624.39 | 15 / 11 / 2017 | Noviembre 2027 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
|--|-------------------|-------------------------|
| Claridad de la solución alcohólica | Pasa prueba | Pasar prueba |
| <u>Intervalo visual de transición:</u> | | |
| Amarillo | pH 5.8 | pH 6.0 |
| Verde | pH 6.7 | pH 6.7 |
| Azul | pH 7.6 | pH 7.6 |

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Control de Calidad
Q.F.B Iván Zúñiga



Firma