



Karal S.A. de C.V.

Bvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	25153
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0111	ÁCIDO CLORHÍDRICO. Solución volumétrica 0.1 N.	7647-01-0	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	HCl	36.46	24 / 11 / 2017	Noviembre 2020

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.1000 N	0.1 - 0.1005 N
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*


Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 723e.

*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida

Control de Calidad
Q.F.B Iván Zúñiga



Firma