



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **25315**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

6037

CLOROBENCENO

108-90-7

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha Elaboración

Fecha Caducidad

Reactivo ACS

C_6H_5Cl

112.56

14 / 12 / 2017

Diciembre 2027

Pruebas

Resultados

Especificaciones

Ensayo [C_6H_5Cl] (por C.G.)

100.0 %

99.5 % min.

Color (APHA)

15

30 máx.

Residuo después de la evaporación

<0.02 %

0.02 % máx.

Acidez titulable

<0.004 meq/g

0.004 meq/g máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10^a edición.

Control de Calidad
Q.F.B Iván Zúñiga

Firma