



# Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

Certificado de Análisis		Lote	25808
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0143	<b>ÁCIDO SULFÚRICO</b> <b>Solución volumétrica 0.1 N</b>	7664-93-9	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	98.08	07 / 03 / 2018	Marzo 2021

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.22501 N	0.22499 – 0.22501 N
Apariencia	Pasa prueba	LCLMS

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SMR 723d.

Control de Calidad  
Q.F.B Iván Zúñiga



Firma