



# Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

<b>Certificado de Análisis</b>		Lote	<b>25918</b>
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
<b>1009</b>	<b>AZUL DE BROMOTIMOL</b>	<b>76-59-5</b>	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
<b>Reactivo ACS</b>	<b>C<sub>27</sub>H<sub>28</sub>Br<sub>2</sub>O<sub>5</sub>S</b>	<b>624.39</b>	<b>23 / 03 / 2018</b>	<b>Marzo 2028</b>

<b>Pruebas</b>	<b>Resultados</b>	<b>Especificaciones</b>
Claridad de la solución alcohólica	Pasa prueba	Pasar prueba
<u>Intervalo visual de transición:</u>		
pH 6.0	Amarillo	Amarillo
pH 6.7	Verde	Verde
pH 7.6	Azul	Azul

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Control de Calidad  
Q.F.B Iván Zúñiga



Firma