



# Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

## Certificado de Análisis

Lote **26018**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

**3200**

**ACETONITRILO**

**75-05-8**

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha Elaboración

Fecha Caducidad

**Reactivo ACS**

**CH<sub>3</sub>CN**

**41.05**

**17 / 04 / 2018**

**Abril 2028**

<b>Pruebas</b>	<b>Resultados</b>	<b>Especificaciones</b>
Ensayo [CH <sub>3</sub> CN] (por C.G.)	99.9 %	99.5 % min.
Color (APHA)	< 10	10 máx.
Residuo después de la evaporación	< 0.005 %	0.005 % máx.
Acidez titulable (µeq/g)	< 8.0	8.0 máx.
Base titulable (µeq/g)	< 0.6	0.6 máx.
Agua (H <sub>2</sub> O)	< 0.3 %	0.3 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Control de Calidad  
Q.F.B Iván Zúñiga

Firma