



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60, 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **26076**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

3200

ACETONITRILO

75-05-8

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha Elaboración

Fecha Caducidad

Reactivo ACS

CH₃CN

41.05

24 / 04 / 2018

Abril 2028

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
|--|-------------------|-------------------------|
| Ensayo [CH ₃ CN] (por C.G.) | 99.9 % | 99.5 % min. |
| Color (APHA) | < 10 | 10 máx. |
| Residuo después de la evaporación | < 0.005 % | 0.005 % máx. |
| Acidez titulable (µeq/g) | < 8.0 | 8.0 máx. |
| Base titulable (µeq/g) | < 0.6 | 0.6 máx. |
| Agua (H ₂ O) | < 0.3 % | 0.3 % máx. |

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.

Control de Calidad
Q.F.B Iván Zúñiga

Firma