



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	26398
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0155	ÁCIDO SULFÚRICO Solución volumétrica 2.0N	7664-93-9 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	H₂SO₄	98.08	07 / 06 / 2018	Junio 2021

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	2.00 N	1.99 – 2.01 N
Apariencia	Pasa prueba	LCLMS

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia
SMR 723e.

Control de Calidad
Q.F.B Iván Zúñiga



Firma