



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **26483**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

0207

ALMIDÓN.
Reactivo en solución al 1.0 %.
Indicador para yodometría.

9005-84-9
7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	19/06/2018	Junio 2021

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Solubilidad	Pasa prueba	Pasa prueba
pH de la solución	5.2	5.0 – 7.0
Sensibilidad	Pasa prueba	Pasa prueba

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Control de Calidad
Q.F.B Iván Zúñiga

Firma